

**характеристик средства измерений и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому надзору является ...**

1. поверкой средств измерений;
2. калибровкой средств измерений;
3. сертификацией средств измерений;
4. аккредитацией средств измерений;
5. стандартизацией средств измерений.

**5. Утверждение типа средства измерения необходимо ...**

1. для всех без исключения средств измерений;
2. для образцов средств измерений новых типов, предназначенных для серийного производства;
3. для образцов средств измерений, подлежащих ввозу из-за границы;
4. при истечении срока действия сертификата об утверждении типа средства измерения;
5. при наличии информации от потребителей об ухудшении качества средства измерения.

**Укажите неверный ответ.**

**6. Метрологической аттестации подвергаются:**

1. все без исключения средства измерений;
2. средства измерений, изготовленные в единичных экземплярах, уникальные, не предназначенные для серийного производства;
3. опытные образцы средств измерений, предназначенных для серийного производства;
4. выборочно типы средств измерений;
5. только вновь созданные средства измерений.

**7. Поверка средств измерений проводится:**

1. при выпуске средств измерений из производства или ремонта;
2. многократно при эксплуатации и хранении средств измерений через определенные промежутки времени - межповерочные интервалы;
3. при вводе в эксплуатацию после длительного хранения;
4. при ввозе средств измерений по импорту;